

件名：自動体外式除細動器（AED）機器一式およびAED収納BOX賃借契約

| | |
|------|---|
| 質問内容 | <p>仕様書について、下記2点を質問いたします。</p> <p>5. AEDの機器仕様詳細</p> <p>(1) 機能</p> <p>⑧・・・IEC規格IP66以上・・・</p> <p>→ IEC規格IP55以上でも可でしょうか</p> <p>8. その他</p> <p>(3) 賃貸人は、料金内で以下の保守管理等を行うこと。</p> <p>・遠隔でのAED監視システムを有しており・・・</p> <p>→ 遠隔でのAED監視システムは必須でしょうか</p> |
|------|---|

【回答】

- ① 仕様書記載のとおり、IEC規格IP66以上でお願いします。
- ② リモート等遠隔での監視システムは必須です。
例えば、オンライン監視にてAEDの異常発生検知時には、賃貸人または当組合担当者宛にメール通知が届き、AEDの異常内容を確認できる運用を想定しています。